



## MOČOVÁ KONTROLA



Kód 18036	1 x 20 ml	Kód 18037	10 x 20 ml	<b>MOČOVÁ KONTROLA</b>
Výhradne na profesionálnu in vitro diagnostiku v klinických laboratóriách				

### POPIS PRODUKTU

Močová kontrola je určená iba na kontrolu kvality a je dodávaná v navrhovaných intervaloch akceptovateľných hodnôt.

### ZLOŽENIE

**Močová kontrola.** Lyofilizovaný ľudský moč (pre 20 mL). Obsahuje uvedené koncentrácie jednotlivých zložiek a je určený ku kontrole kvality v klinických laboratóriách. Neobsahuje žiadne konzervanty, ktoré by mohli interferovať s testom.

Komponenty ľudského pôvodu boli testované a vyhodnotené ako negatívne na prítomnosť protilátok proti HIV a HCV, ako aj na antigén Hbs. Aj napriek tomu zaobchádzajte so sérom ako s potenciónálne infekčným materiálom.

### NÁVOD NA POUŽITIE

1. Fľaštičku otvorte opatrne tak, aby ste zabránili strate lyofilizovaného materiálu.
2. Do fľaštičky napipetujte presne 20 ml destilovanej vody. Obsah komponentov závisí od presnosti tejto rekonštitúcie.
3. Fľaštičku uzatvorte a nechajte 20minút temperovať pri izbovej teplote.
4. Uzatvorenou fľaštičkou pohybujte jemne krúživým pohybom tak, aby sa nevytvorila pena a aby došlo k úplnému rozpusteniu lyofilizátu.
5. S rekonštituovanou močovou kontrolou zaobchádzajte ako so vzorkou pacienta.

### SKLADOVANIE A STABILITA

Skladujte pri 2 – 8 °C.  
Lyofilizovaná močová kontrola je stabilná do dátumu uvedeného na obale.  
Rekonštituovaná močová kontrola je stabilná 5 dní pri 2 – 8 °C.  
V prípade dlhšieho skladovania kontrolu zamrazte.  
Nezamrazujte opakovane.

### UVEDENÉ HODNOTY

Hodnoty koncentrácií pre jednotlivé komponenty a ich porovnateľnosť sú uvedené v priložených tabuľkách. Porovnateľnosť je možné zabezpečiť len vtedy, ak sú používané BioSystems činidlá a dodržiava sa odporúčaný postup pri stanovení. Intervaly hodnôt boli vypočítané na základe predchádzajúcich skúseností v medzilaboratórejšej variabilite stanovení a sú iba orientačné. Každé laboratórium by si malo stanoviť svoje vlastné parametre presnosti.

### UPOZORNENIE

Slovenský preklad k 23.1.2018.  
Vzhľadom k možnej inovácii výrobu sa odporúča prekontrolovať slovenský preklad s originálnym príbalovým letákom tak, že sa porovnajú identifikačné čísla uvedené v zápätí. Originálny návod nájdete v súprave a na internetovej adrese [www.biosystems.es](http://www.biosystems.es).  
Slovenský návod je k dispozícii na [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz).

#### Výhradný distribútor:

**ČR** : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha5, tel.: +420 257 220 760

**SK** : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: +421 264 774 591

V prípade mimoriadnych udalostí:

**ČR** : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a . LF UK, tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

**SK** : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166